Chirurginiai siūlai

Bendrosios sąlygos

1. Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija:	
1.1 chirurginio siūlo kodas, pavadinimas, cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgis cm, spalva, rezorbuojantis/nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra),siūlų vienetų skaičius dėžutėje, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm, sterilumo galiojimo laikas.	Pateikiamas siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimas
2. Chirurginio siūlo individuali pakuotė turi būti folijos darinys arba kita saugi pakuotė.	Pateikiami reikalavimą pagrindžiantys gamintojo dokumentai (bukletai/katalogai, techniniai duomenų lapai ar kt.)
3. Siūlo storis turi tiksliai atitikti storį, nurodytą techninėje specifikacijoje. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 1 cm – esant siūlo ilgiui iki 45 cm ir ± 5 cm – esant siūlo ilgiui lygu 45 cm ar daugiau, nebent TS nurodyta kitaip. **PASTABA**. Siūlo ilgiui nustatyta paklaida netaikoma, kai nurodytos siūlo ilgio ribos, pvz. 75-90 cm. Tiekėjas turi pasiūlyti chirurginį siūlą, kurio ilgis yra nurodytose ribose.	Pateikiami reikalavimą pagrindžiantys gamintojo dokumentai (bukletai/katalogai ar t.t.)
4. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės turi atitikti originalo dydį.	Pateikiami reikalavimą pagrindžiantys gamintojo dokumentai (bukletai/katalogai ar t.t.)
5. Chirurginės adatos turi būti pagamintos iš chirurginio plieno.	Pateikiami reikalavimą pagrindžiantys gamintojo dokumentai (bukletai/katalogai ar t.t.)
6. Adatos ir siūlo diametrai turi būti suderinti taip, kad siūlas efektyviai užpildytų adatos suformuotą kanalą audinyje, užtikrinant žaizdos sandarumą ir sumažinant skysčių nutekėjimo bei infekcijos riziką.	Pateikiami reikalavimą pagrindžiantys gamintojo dokumentai (bukletai/katalogai ar t.t.)
7. Adatos ilgio nuokrypis leidžiamas ±1 mm, kai adatos ilgis yra lygus 10 mm arba nuo 10 iki 20 mm imtinai, ir ±2 mm, kai adatos ilgis yra didesnis nei 20 mm. Esant adatos ilgiui iki 10 mm ilgis turi būti nurodytas tiksliai. Lenktumas ir adatos charakteristika (apvali, pjaunanti, buka ir pan.) turi tiksliai atitikti prašomą techninėje charakteristikoje, nebent TS nurodyta kitaip.	Pateikiami reikalavimą pagrindžiantys gamintojo dokumentai (bukletai/katalogai ar t.t.)
8. Visos prekės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus ir būti pažymėtos CE ženklu.	Kartu su pristatomomis Prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato ar EB atitikties deklaracijos kopija anglų ir lietuvių kalba ar kiti lygiaverčiai dokumentai. (Sutarties vykdymo sąlyga)